

COMUNICADO OFICIAL DO PROGRAMA DE ACREDITAÇÃO EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (PADI)

Assunto: ATUALIZAÇÃO DA NORMA PADI – VERSÃO 5.1

Informamos que a Norma Padi versão 5, sofreu alterações gerando a versão 5.1.

A nova versão está disponível no site do Padi, e passará a valer a partir da data desse ofício.

As alterações foram:

Nº Critério	Texto anterior	Texto revisado (em negrito)
1.1.8 CORE	<p>Para os serviços de telerradiologia:</p> <p>a. Resultados financeiros;</p> <p>b. Retificação de laudos;</p> <p>c. Cumprimento de prazo de liberação de resultado acordado com o cliente - SLA (Acordo de Nível de Serviço) para liberação de prazo do laudo acordado com o serviço;</p> <p>d. Não conformidades, relacionadas ao processo;</p> <p>e. Resultado de auditorias internas e externas;</p> <p>f. Avaliação da qualidade dos exames liberados no serviço por uma amostragem randômica, mínima de 1% do total de exames de cada modalidade;</p> <p>g. Tempo de disponibilidade de sistema.</p>	<p>Para os serviços de telerradiologia:</p> <p>a. Reclamações de clientes;</p> <p>b. Satisfação de cliente;</p> <p>c. Resultados financeiros;</p> <p>d. Retificação de laudos;</p> <p>e. Cumprimento de prazo de liberação de resultado acordado com o cliente - SLA (Acordo de Nível de Serviço) para liberação de prazo do laudo acordado com o serviço;</p> <p>f. Não conformidades, relacionadas ao processo;</p> <p>g. Resultado de auditorias internas e externas;</p> <p>h. Avaliação da qualidade dos exames liberados no serviço por uma amostragem randômica, mínima de 1% do total de exames de cada modalidade;</p> <p>i. Tempo de disponibilidade de sistema.</p>

Nº Critério	Texto anterior	Texto revisado (em negrito)
3.2.18	Para a realização do exame, a mama deve ser comprimida com o objetivo de reduzir os efeitos da sobreposição dos tecidos mamários. A força de compressão deve situar-se na faixa de 11 a 18 kgf, necessitando estar documentado no controle da qualidade. Não deve ser deixado nenhum artefato de imagem durante a compressão da mama, como, por exemplo, dobra de tecido cutâneo.	Para a realização do exame, a mama deve ser comprimida com o objetivo de reduzir os efeitos da sobreposição dos tecidos mamários. A medida do teste de força de compressão máxima deve-se situar-se entre 150 a 200N ou 15 a 18 kgf. Não deve ser deixado nenhum artefato de imagem durante a compressão da mama, como, por exemplo, dobra de tecido cutâneo.
3.2.8 Itens de Orientação	Verificar como as imagens são identificadas e se contemplam, no mínimo, os itens descritos neste requisito (7.2.8).	Verificar como as imagens são identificadas e se contemplam, no mínimo, os itens descritos neste requisito (3.2.8) .
3.3.1 CORE	g) Nome e número de registro no CRM do responsável técnico pelo serviço de imagem;	g) Nome e número de registro no CRM dos médicos envolvidos no atendimento e da pessoa jurídica prestadora de serviço remoto, quando houver;

São Paulo, 7 de março de 2023.

Comissão de Acreditação em
Diagnóstico por Imagem (Cadi)